

**Atklātā konkursa “Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana” (ID Nr. LU 2018/19\_ERAf) nolikumā noteikto prasību skaidrojums**

Latvijas Universitātes ACAP iepirkumu komisija no ieinteresētajiem piegādātājiem 2018. gada 3. aprīlī saņēma jautājumus par atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana” (ID Nr. LU 2018/19\_ERAf) nolikumā (tālāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām. Izskatot ieinteresēto piegādātāju uzdotos jautājumus, iepirkuma komisija vienbalsīgi ir nolēmusi sniegt šādas atbildes:

***Jautājums:***

*Konkursa tehniskās specifikācijas 2. daļas “Mikroskopi ar statīvā integrētu digitālo kameru” 1.1 punktā ir minēta prasība: slīpums 45 0. Vai tiks uzskatīts par atbilstošu piedāvājums, kur mikroskopa tubusa slīpums būs 30 0 un mikroskops atbilst pārējām noteiktajām minimālajām prasībām?*

***Atbilde:***

*Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2. daļā “Mikroskopi ar statīvā integrētu digitālo kameru” Pasūtītājs noteicis prasību par mikroskopu ar tubusa slīpumu 45 grādi, pamatojoties uz esošo darba vietu iekārtojuma ergonomiku, darba galdu un krēslu augstumu un ērtībām, darbojoties ar mikroskopu. Līdz ar to mikroskops ar tubusa 30 grādi nebūs uzskatāms par atbilstošu.*

*(Apstiprināta LU ACAP Iepirkumu komisijas 05.04.2018. Sēdē, protokols nr. 4)*